

Gdańsk, 07.05.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/306h/20

Zleceniodawca			
Podstawa wykonania badania nr zlecenia, nr umowy itp.	Przedmiot badań matryca	Stan próbek zgodnie z instrukcją I-01/PO-03	
Z/CL/306/20	Olej	Prawidłowy	
Miejsce pobrania próbek* zgodnie z informacją Klienta	Data pobrania próbek* zgodnie z informacją Klienta	Data dostarczenia próbek do laboratorium*	Data zakończenia badania
Nie dotyczy	Nie dotyczy	06.05.2020	07.05.2020
Miejsce wykonania analizy		Dodatkowe informacje	
Laboratorium badawczo-rozwojowe EkotechLAB		Brak	

Identyfikacja próbek:

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1.	5% CBG	CLO 638/20

Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczany parametr	Metoda**	Wynik***	Jednostka
1.	CLO 638/20	CBD	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	0,49	% (m/m)
2.		CBDA	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	0,01	% (m/m)
3.		Δ^9 -THC	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	0,02	% (m/m)
4.		Δ^9 -THCA	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	0,01	% (m/m)
5.		CBC	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	0,10	% (m/m)
6.		CBGA	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	0,06	% (m/m)
7.		CBG	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	4,69	% (m/m)
8.		CBDV	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	<0,01	% (m/m)
9.		CBN	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	0,01	% (m/m)
10.		Suma CBD	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	0,50	% (m/m)
11.		Suma Δ^9 -THC	PB-CL-1:2019 / HPLC / NA	0,03	% (m/m)

** Metoda zapisana w postaci: nr procedury badawczej/ technika analityczna / A -akredytowana, NA- nieakredytowana, P-badania wykonane przez dostawcę usług zewnętrznych

Milewska
mgr inż. Ewelina Milewska
Specjalista Analiz Instrumentalnych
ekotechLAB

Sprawdził(a)
Specjalista Analiz Instrumentalnych

Marek Klein
Dr inż. Marek Klein
Kierownik Laboratorium
ekotechLAB

Autoryzował- dr inż. Marek Klein
Kierownik Laboratorium

* Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek.

*** Niepewność pomiaru wyrażona jest na życzenie Klienta, lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników -jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$, podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Okres na złożenie skargi wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA